


● マルチカプリングのお手入れ

マルチカプリングは滅菌できませんので、表面をワイプで消毒します。



マルチカプリングのO-リングをチェックします。
傷や破損があれば交換してください。



注意

マルチカプリングのO-リング交換は、O-リングを指でつまみ、図の様に力をかけ、ゴムを伸ばし、丁寧に外します。

カッター等でゴムを切らないでください。刃先がマルチカプリング表面を傷つけ、致命的な損傷を与える場合があります。